

Số: 659 /BVĐKT-VTTBYT
V/v Yêu cầu báo giá gói thầu mua sắm phụ
kiện thay thế cho máy khử khuẩn
và làm sạch không khí

Sơn La, ngày 29 tháng 9 năm 2026

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá dự toán, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm phụ kiện thay thế cho máy khử khuẩn và làm sạch không khí của Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Họ và tên: Nguyễn Tâm Anh
 - Chức vụ: Nhân viên phòng Vật tư thiết bị y tế
 - Số điện thoại: 0972.555.196
 - Địa chỉ: Phòng Vật tư thiết bị y tế - Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La – Đường Lê Duẩn, phường Chiềng Sinh, tỉnh Sơn La.
 - Email: vttbytbenhviensonla@gmail.com
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Hình thức tiếp nhận báo giá: Online (qua website *muasamcong.mpi.gov.vn*).
- Thời hạn tiếp nhận báo giá:
 - Từ 10h00 ngày 30/9/2026 đến trước 17h00 ngày 12/10/2026.
 - Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá:
 - Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 12/10/2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục mua sắm: (Phụ lục đính kèm)
- Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La – Đường Lê Duẩn, phường Chiềng Sinh, tỉnh Sơn La.
- Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 48 giờ kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
- Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán theo số lượng thực tế mua sắm trong năm.
- Các thông tin khác:
 - Yêu cầu hồ sơ báo giá bao gồm các tài liệu sau:

- Catalogue, cấu hình, tính năng và thông số kỹ thuật chi tiết và các tài liệu khác liên quan.

5.2. Các quy định đối với báo giá:

- Báo giá có đầy đủ các nội dung, theo biểu mẫu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
- Bảng đáp ứng kỹ thuật (*tại phụ lục II đính kèm*).
- Báo giá phải được đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá ký và đóng dấu theo Quy định.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng tải Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;
- Phòng ĐD (đăng Website Bệnh viện);
- Lưu: VT, VTTBYT Anh (3b).

GIÁM ĐỐC



Đỗ Xuân Thụ

Phụ lục
Danh mua sắm



(Được hình thành theo Công văn số 659 /BVĐKT-VTTBYT ngày 29 /9/2026 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La)

STT	Tên danh mục	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Bộ đèn phản ứng cho máy khử khuẩn và làm sạch không khí GCS-25	- Chiều dài: ≥ 322 mm - Đường kính: ≥ 15.7 mm - Số lượng bóng/bộ: 6 bóng - Công suất: $\geq 8W$/ bóng - Bước sóng UV: ≥ 254 nm - Tương thích với máy khử khuẩn và làm sạch không khí GCS-25	Bộ	18
2	Bộ đèn phản ứng cho máy khử khuẩn và làm sạch không khí GCS-50	- Chiều dài: ≥ 322 mm - Đường kính: ≥ 15.7 mm - Số lượng bóng/bộ: 20 bóng - Công suất: $\geq 8W$/ bóng - Bước sóng UV: ≥ 254 nm - Tương thích với máy khử khuẩn và làm sạch không khí GCS-50	Bộ	02

Ghi chú:

1. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản linh kiện, hoá chất:

- Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La – Đường Lê Duẩn, phường Chiềng Sinh, tỉnh Sơn La.

- Các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt:

+ Việc đóng gói, ghi chú đối với hàng hóa, các giấy tờ bên trong và bên ngoài kiện hàng: Hàng hóa phải còn nguyên đai nguyên kiện. Nhà cung cấp phải đóng gói hàng hóa theo đúng yêu cầu và khuyến cáo của nhà sản xuất để tránh hư hỏng trong quá trình vận chuyển đến địa điểm giao nhận cuối cùng.

+ Trách nhiệm vận chuyển hàng hóa được thực hiện như sau: Theo hợp đồng, nhà thầu phải vận chuyển hàng hóa đến địa điểm dự án. Việc vận chuyển hàng hóa đến địa điểm dự án, bao gồm cả bảo hiểm và lưu kho theo quy định trong hợp đồng, do nhà thầu thực hiện; Các chi phí liên quan được tính trong giá hợp đồng.

2. Chất lượng hàng hóa và các yêu cầu khác:

- Thiết bị, hàng hóa mới 100% theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

Phụ lục II

(Ban hành kèm theo Công văn số 659 /BVĐKT-VTTBYT ngày 29 /9/2026 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La)

BẢNG ĐÁP ỨNG KỸ THUẬT

STT	Danh mục hàng hóa	Ký mã hiệu	Nhãn hiệu	Năm sản xuất	Xuất xứ (Quốc gia, vùng lãnh thổ)	Hãng sản xuất	Đơn vị tính	Số lượng	Cấu hình, tính năng kỹ thuật và các yêu cầu khác của hàng hóa	Thông số kỹ thuật chi tiết của hàng hóa chào giá
1	Danh mục A									
2	Danh mục B									
n	...									
	Tổng cộng									

...., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu)