

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm thiết bị y tế (do Agribank Sơn La tài trợ) của Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La. Địa chỉ: Tổ 17, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Ks: Nguyễn Đức Hưng - Trưởng phòng Vật tư thiết bị y tế. Số điện thoại: 0912.740.027 hoặc Ks. Nguyễn Tâm Anh – Nhân viên phòng Vật tư thiết bị y tế. Số điện thoại: 0972.555.196

3. Cách thức tiếp nhận báo giá (**đồng thời bằng cả 2 cách thức**):

- **Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư thiết bị y tế - Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La - Tổ 17, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La**

- **Nhận qua email: vttbytbhviensonla@gmail.com (Bản scan báo giá gốc, file mềm bản báo giá, Catalog và tài liệu tham chiếu (Docx, xlxs, pdf, ...)).**

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 07h30 ngày 15/6/2024 đến trước 16h30 ngày 24/6/2024. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 24/6/2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế: (*Chi tiết tại phụ lục I đính kèm*)

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo hành thiết bị y tế: Tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La – Tổ 17, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (bao gồm toàn bộ quá trình bàn giao, chạy thử, nghiệm thu hợp đồng).

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán theo số lượng thực tế mua sắm.

5. Các thông tin khác:

5.1. Yêu cầu hồ sơ báo giá bao gồm các tài liệu sau:

- Báo giá theo mẫu (*tại phụ lục II đính kèm*).

- Bảng đáp ứng kỹ thuật (*tại phụ lục III đính kèm*).
- Catalog cấu hình chi tiết, tính năng kỹ thuật, thông số kỹ thuật của thiết bị và các tài liệu khác liên quan.
- Hợp đồng mua bán các thiết bị tương tự (nếu có).

5.2. Các quy định đối với báo giá:

- Báo giá có đầy đủ các nội dung, theo biểu mẫu đính kèm trong yêu cầu báo giá.
- Báo giá phải được đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá ký và đóng dấu theo quy định.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng tải Hệ thống đấu thầu Quốc gia;
- Phòng ĐD (đăng Website Bệnh viện);
- Lưu: VT, VTTBYT Anh(4b).

GIÁM ĐỐC

Đỗ Xuân Thụ

Phụ lục I
Danh mục thiết bị y tế

(Ban hành kèm theo Công văn số /BVĐKT-VTTBYT ngày tháng 6 năm 2024 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La)

STT	Tên danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Hệ thống CT Scanner \geq 128 lát cắt/ vòng quay		Hệ thống	01
	1	Yêu cầu chung - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2024 trở về sau. - Nguồn điện cung cấp: 3 pha 380V/240V(\pm 10%); 50 Hz - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Yêu cầu xuất xứ máy chính thuộc G7 hoặc các nước EU - Môi trường hoạt động: + Nhiệt độ tối đa: \geq 25°C + Độ ẩm tối đa: \geq 60%		
	2	Yêu cầu cấu hình		
		Hệ thống máy chính bao gồm:		
		Khung máy	Bộ	01
		Bóng phát tia	Bộ	01
		Tủ điện cao thế	Bộ	01
		Detector	Bộ	01
		Bàn bệnh nhân	Bộ	01
		Bộ máy thu nhận, điều khiển và xử lý ảnh, bao gồm 2 màn hình LCD \geq 19 inch	Bộ	01
		Camera AI: Cho phép tự động phát hiện mốc và định tâm bệnh nhân tự động được tích hợp cho luồng công việc thông minh trong thu nhận và xử lý.	Bộ	01
		Trạm làm việc cao cấp chuyên cho CT: bao gồm 2 màn hình LCD	Bộ	01
		Ứng dụng chụp tổng quát:		
		Phần mềm / chức năng chụp cho nhi khoa, trẻ nhỏ	Bộ	01
		Các tính năng chụp đầy đủ cấp cứu, chấn thương,...	Bộ	01
		Phần mềm/ Chức năng chụp toàn bộ hệ thống mạch máu	Bộ	01
		Chuẩn kết nối DICOM	Bộ	01
		Phần mềm/ chức năng chẩn đoán hồng và sửa máy từ xa	Bộ	01
		Phần mềm/ chức năng tái tạo và xem ảnh thể tích (3D)	Bộ	01

STT	Tên danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
		Phần mềm/ chức năng nội soi ảo cấu trúc chứa khí và xoang	Bộ	01
		Phần mềm/ chức năng tạo hình ảnh không gian 3 chiều bề mặt	Bộ	01
		Phần mềm/ chức năng tạo hình ảnh theo các mặt nghiêng và cong	Bộ	01
		Phần mềm/ chức năng chụp đồng bộ theo ngưỡng ngấm thuốc cản quang	Bộ	01
		Phần mềm tái tạo thể tích	Bộ	01
		Phần mềm tái tạo đa mặt phẳng trực tiếp	Bộ	01
		Phần mềm hợp nhất nhiều cấu trúc	Bộ	01
		Phần mềm/chức năng điều chỉnh liều tia tự động	Bộ	01
		Phần mềm / chức năng xử lý ảnh nâng cao:		
		Phần mềm / chức năng tái tạo lặp (dựa trên dữ liệu thô)	Bộ	01
		Phần mềm/chức năng chụp đồng bộ với dòng quét theo bề dày cơ thể bệnh nhân		
		Phần mềm / chức năng chụp và phân tích mạch nâng cao, xóa xương tự động	Bộ	01
		Phần mềm giảm nhiễu ảnh do kim loại	Bộ	01
		Phần mềm/ chức năng ứng dụng chuyên chụp tim	Bộ	01
		Phần mềm/ chức năng ứng dụng phân tích tim và mạch vành	Bộ	01
		Phần mềm/ chức năng ứng dụng chụp tim liều thấp	Bộ	01
		Phần mềm/ chức năng ứng dụng phân tích chức năng tim	Bộ	01
		Phần mềm phân tích nốt phổi tự động	Bộ	01
		Phần mềm / chức năng phân tích nhu mô phổi nâng cao	Bộ	01
		Phần mềm/chức năng chụp khảo sát Ung thư	Bộ	01
		Phần mềm/ chức năng tự động đánh giá, phân tích tổn thương, lập kế hoạch điều trị u gan	Bộ	01
		Phần mềm/ chức năng phân tích đường khí	Bộ	01
		Phần mềm/ chức năng nội soi ảo đại tràng	Bộ	01
		Phần mềm/ chức năng đánh giá tưới máu não	Bộ	01
		Thiết bị phụ trợ:		
		Bộ Intercom để giao tiếp với bệnh nhân	Bộ	01
		Phantom và giá đỡ phantom cân chỉnh máy	Bộ	01
		Phụ kiện định vị bệnh nhân	Bộ	01
		Bộ theo dõi điện tim tích hợp ứng dụng chụp CT mạch vành tim	Bộ	01
		Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt	Bộ	01
		UPS online \geq 6kVA cho máy tính chủ	Cái	01
		Bộ kết nối mạng nội bộ (Switch) 8 cổng, tốc độ 1Gbps	Cái	01

STT	Tên danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
		Máy in phim	Cái	01
		Máy bơm tiêm 2 nòng	Cái	01
		Áo chì, yếm chì che tuyến giáp, kính chì đeo mắt	Bộ	03
2		Máy hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp (<i>Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp công nghệ EO ≥ 200 lít</i>)	Cái	01
	1	Yêu cầu chung - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Nguồn điện cung cấp: 220V ($\pm 10\%$)/50Hz. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 và CE hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: + Nhiệt độ tối đa: $\geq 35^{\circ}\text{C}$ + Độ ẩm tối đa: $\geq 75\%$		
	2	Yêu cầu cấu hình - Máy chính: 01 chiếc - Loại 1 cửa (<i>Nhà thầu có thể chào loại 2 cửa để Chủ đầu tư cân đối</i>) - Bộ đầu rò: 01 bộ - Bộ ống dẫn khí EO: 01 bộ - Máy in nhiệt tích hợp: 01 chiếc - Bộ giá đặt mẫu: 01 bộ - Bộ phụ kiện chuẩn theo hãng: 01 bộ - Bộ kit sử dụng theo máy: 01 bộ - Bộ xử lý khí thải: 01 bộ - Hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh, Việt: 01 bộ		
3		Máy hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp (<i>Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp công nghệ Plasma ≥ 150 lít</i>)	Cái	01
	1	Yêu cầu chung - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Nguồn điện cung cấp: 220V($\pm 10\%$), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 và CE hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: + Nhiệt độ: 5 - 40°C		

STT	Tên danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
		+ Độ ẩm: tối đa $\geq 75\%$		
	2	Yêu cầu cấu hình - Máy chính: 01 Chiếc - Loại 1 cửa (<i>Nhà thầu có thể chào loại 2 cửa để Chủ đầu tư cân đối</i>) - Giỏ đựng: 01 cái - Màn hình theo dõi: 01 Cái - Bảng chỉ thị hóa học: 01 cuộn - khay chứa: 02 khay - Máy in nhiệt tích hợp: 01 máy - Giấy in nhiệt tích hợp: 01 cuộn - Bộ phụ kiện chuẩn theo hãng: 01 bộ - Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh + Tiếng Việt): 01 bộ		
4		Máy rửa dụng cụ <i>(Máy rửa khử khuẩn 2 cửa ≥ 350 lít)</i>	Cái	01
	1	Yêu cầu chung - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Nguồn điện cung cấp: 220V ($\pm 10\%$), 50Hz. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 và CE hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: + Nhiệt độ: $\geq 35^{\circ}\text{C}$ + Độ ẩm tối đa: $\geq 75\%$		
	2	Yêu cầu cấu hình - Máy chính: 01 chiếc - Cửa: 02 Chiếc - Màn hình: 01 Chiếc - Giá rửa đa tầng: 01 bộ (phụ kiện kèm theo) - Giá rửa ống thở: 01 bộ (phụ kiện kèm theo) - Giá rửa dụng cụ nội soi: 01 bộ (phụ kiện kèm theo) - Xe đẩy tải: 01 cái - Bộ phụ kiện chuẩn theo hãng: 01 bộ Hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh, Việt: 01 bộ.		

Ghi chú:

1. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế:
 - Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La – Tổ 17, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
 - Các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt:
 - + Việc đóng gói, ghi chú đối với hàng hóa, các giấy tờ bên trong và bên ngoài kiện hàng: Hàng hóa phải còn nguyên đai nguyên kiện. Nhà cung cấp phải đóng gói hàng hóa theo đúng yêu cầu và khuyến cáo của nhà sản xuất để tránh hư hỏng trong quá trình vận chuyển đến địa điểm giao nhận cuối cùng.
 - + Trách nhiệm vận chuyển hàng hóa được thực hiện như sau: Theo hợp đồng, nhà thầu phải vận chuyển hàng hóa đến địa điểm dự án. Việc vận chuyển hàng hóa đến địa điểm dự án, bao gồm cả bảo hiểm và lưu kho theo quy định trong hợp đồng, do nhà thầu thực hiện; Các chi phí liên quan được tính trong giá hợp đồng.
2. Chất lượng hàng hóa và các yêu cầu khác:
 - Cung cấp đầy đủ thông tin, cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật chi tiết của thiết bị chào giá
 - Thiết bị, hàng hóa mới 100% theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
 - Bảo hành của hàng hoá: ≥ 24 tháng
3. Trong trường hợp phần mềm, linh kiện, phụ kiện thuộc lựa chọn mua thêm theo quy định của hãng sản xuất đề nghị nhà thầu chào giá chi tiết. *(Có tài liệu chứng minh)*

*Bất kỳ thương hiệu, ký mã hiệu (nếu có) trong mục yêu cầu kỹ thuật chỉ để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu chứ hoàn toàn không mang tính **hạn chế hay chỉ định**. Nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng "tương đương" hoặc "ưu việt hơn" so với các yêu cầu tối thiểu để đáp ứng nhu cầu chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La đã được nêu.*

Phụ lục II
Mẫu báo giá

(Ban hành kèm theo công văn số /BVĐKT-VTTBYT ngày /6 /2024 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La)

BÁO GIÁ

Kính gửi: **BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH SƠN LA**

Trên cơ sở yêu cầu báo giá số /BVĐKT-VTTBYT ngày / /2024 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La, chúng tôi...[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan:

STT	Danh mục thiết bị y tế	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất	Mã HS	Năm sản xuất	Xuất xứ	Số lượng/ khối lượng	Đơn giá (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan (VND)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) (VND)	Thành tiền (VND)
1	Thiết bị y tế A									
2	Thiết bị y tế B									
n	...									

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm. ..[ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Phụ lục III
Bảng đáp ứng kỹ thuật

(Ban hành kèm theo công văn số /BVĐKT-VTTBYT ngày /6 / 2024 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La)

STT	Tên Danh mục	Ký mã hiệu/ Nhãn mác sản phẩm	Hãng sản xuất	Xuất xứ	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn theo yêu cầu báo giá	Thông số kỹ thuật chi tiết và các tiêu chuẩn của hạng mục chào giá	Đơn vị tính	Số lượng	Tài liệu tham chiếu
1	<i>Thiết bị y tế A</i>								<i>Catalog trang số ...</i>
2	<i>Thiết bị y tế B</i>								<i>Tài liệu thông số kỹ thuật trang số ...</i>
3	...								
4									
5									

..., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))